



Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

Кнез Данилова 16, Београд

Телефон: 322-43-21 до 29 Факс: 324-88-44 e-mail: dzpalilula1@ptt.rs www.dzpalilula.org.rs

Текући рачун: 840-628661-19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Број: 1708

Датум: 06.03.2015.

Одговор на питање понуђача

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 6, „Санитетски материјал“

За јавну набавку добара Д 6, „Санитетски материјал“, на адресу наручиоца приспела су следећа питања:

Питање:

1. „У додатним појашњењима конкурсне документације број 1489, од 26.02.2015. године, наручилац је истакао да ће се за партију 4, ставка 11, прихватити маске чија је заштита 95%, тј. ако маска одговара овој заштити.

Поводом наведеног, молимо Вас да појасните како се доказује ниво заштите маске, односно да ли ћете као доказ о трађеном нивоу заштите прихватити Извештај независне лабораторије о испитивању филтера епидемиолошке маске, којом се доказује да је БФИ филтера (индекс непропустивљости честица) 95% или већи?“

„Да ли ћете прихватити маске које имају тражени ниво заштите, али нису регистроване као медицинско средство у Агенцији за лекове и медицинска средства, већ спадају у заштитна средства“?

2. „У партији 7 за ставку 1 захтевате Папир Микулићев за аутоклав, у опису артикла наводите: колут са означеним роком трајања са постојаним лепком на температури 180⁰С – 1 час. Скрећемо Вам пажњу да аутоклав ради на 121-134⁰С, на 180⁰С ради суви стерилизатор.“

Одговор:

1. Ниво заштите маске се доказује сертификатом анализе готовог производа од произвођача. Да, прихватићемо маске које имају тражени ниво заштите уколико спадају у заштитна средства.
2. Дошло је до грешке, за Микулић који треба да има постојани лепак на температури од 180, односи се на суви стерилизатор, тј. ова карактеристика се односи на ставку 2, а карактеристика из ставке 2 важи за Микулић који се користи за аутоклав.

Комисија за јавну набавку