



Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

Кнез Данилова 16, Београд

Телефон: 322-43-21 до 29 Факс: 324-88-44 e-mail: [dzpalilula1@ptt.rs](mailto:dzpalilula1@ptt.rs) [www.dzpalilula.org.rs](http://www.dzpalilula.org.rs)

Текући рачун: 840-628661-19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Број: 12983

Датум: 28.12.2016.

## Одговор на питање понуђача

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 38, „Вакум епрувете“

За јавну набавку добара Д 38, „Вакум епрувете“, дана 28.12.2016. године на адресу наручиоца су приспела следећа питања:

**Питања:** „У складу са чланом 63. ст. 2 Закона о јавним набавкама, молимо Вас да нам дате појашњење Ваше јавне набавке ЈН Д 38, „Вакум епрувете“:

- 1) Да ли наручилац у овој набавци, за ставку 4, „Вакум епрувета, цитрат 3,2% за коагулацију“, подразумева да је неопходно да понуђене епрувете буду са „дуплим зидом“?
- 2) Да ли је потребно за ставку бр. 6 „Игле за вакум епрувете, зелене“, да тражено добро има индикатор протока и заштитни поклопац како би се омогућило лакше вађење крви код проблематичних „тешких“ вена“ и спречили убодни инциденти особља?
- 3) Да ли је могуће понудити за тражено добро, за ставку бр.8, „Епрувета за биохемију са тромбином и гел сепаратором 4мл (12x75мм), понудити вакум епрувету од 5 мл (13x100мл), која представља еквивалент траженој епрувети?
- 4) Да ли је потребно да епрувете за узорковање крви, игле и холдер буду истог произвођача?

### Одговори:

1. Није неопходно, тј. не морају да буду епрувете са „дуплим зидом“.
2. Није неопходно да зелене игле да буду са индикатором и заштитним поклопцем.
3. Не, тражена епрувета мора бити 4 мл (12x75мм).
4. Комплет за узорковање венске крви може бити од истог произвођача, али и не мора. Потребно је да комплет за узорковање венске крви, односно игла+холдер+епрувета, буду компатибилни.

С поштовањем,  
Мр пх. Драгана Вучић,  
спец. мед. биохемије