



Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

Кнез Данилова 16, Београд

Телефон: 322-43-21 до 29 Факс: 324-88-44 e-mail: dzpalilula1@ptt.rs www.dzpalilula.org.rs

Текући рачун: 840-628661-19 Матичи број: 07036965 ПИБ: 100123514

Број:

Датум:

6959
10-10-2013

Одговор на питање понуђача

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број ЈН Д 35, „Лабораторијски материјал“

За јавну набавку добара ЈН Д 35, „Лабораторијски материјал“, дана 08.10.2013. године на адресу наручиоца је прispело следеће питање:

Питања: „Да ли нам можете дати појашњење везано за партију 1, „Вакум епрувете“, ставка 2: „Вакум епрувета, clot activator, separat gel“. Да ли је то Вакутајнер са гелом, или вакутајнер clot- без гела?“

Одговор: Ради се вакутајнеру са активатором коагулације и сепаратним гелом;

Дана 09.10.2013. године на адресу наручиоца су прispела следећа питања:

Питање: „Молимо Вас да у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама и тачком 12 Упутства понуђачима како да сачине понуду дате додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН Д 35, партија 1 – „Вакум епрувете“:

1. Ставка 1 је дефинисана као „Вакум епрувета, цитрат за седиментацију 1,6мл“. Да ли је прихватљиво да се за ову ставку понуде вакум епрувете са цитратом, намењене за директно читавање седиментације чија запремина одступа +/- 10% од наведене (1,4-1,7 мл)?

2. Ставка 4 је дефинисана као „Вакум епрувета, цитрат 3,2%, за коагулацију“. Да ли се мисли на епрувете за коагулацију са дуплим зидом који спречава испаравање антикоагуланса и продор ваздуха у епрувету чиме је однос крви и антикоагуланса загарантован за све време рока употребе епрувете обзиром на значај одређивања коагулационог статуса нарочито за пацијенте који су на антикоагулантној терапији и узимају лекове мале терапијске ширине као и осетљивост коагулационих тестова који захтевају квалитетан узорак плазме за тестирање?

3. Ставка 6 је дефинисана као „Аутоматске ланцете“ уз опис „аутоматске ланцете са дефинисаном дубином убода од 1,5мм до 2мм? Како постоје различите врсте аутоматских ланцета, тј. оне са иглом или са сечивом, да ли је потребно да понуђена аутоматска ланцета наведене дубине убода има сечиво, обзиром да се оне користе за пункцију коже при узорковању капиларне крви за хематолошке и биохемијске анализе које захтевају већу количину крви?

4. Да ли је потребно доставити узорке понуђених добара?“

Одговор:

1. Ставка 1: За ову ставку је прихватљиво да се понуде вакум епрувете са цитратом намењене за директно читавање седиментације на 30 минута, без обзира на запремину, уз услов да се за понуђене епрувете обезбеде сталци без надокнаде.
2. Ставка 4: Да, мисли се на епрувете за коагулацију са дуплим зидом који спречава испаравање антикоагуланса и продор ваздуха у епрувету.
3. Ставка 6: Мисли се на ланцету са сечивом, дубине убода од 1,5мм до 2мм.
4. Не, није потребно доставити узорке понуђених добара.

С поштовањем,
Мр.тх. Драгана Вучић,
спец. мед. биохемије

