



Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

Кнез Данилова 16, Београд

Телефон: 322-43-21 до 29 Факс: 324-88-44 e-mail: dzpalilula1@ptt.rs www.dzpalilula.org.rs

Текући рачун: 840-628661-19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Број: 9763

Датум: 26.11.2015.

Одговор на питање понуђача

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 14, „Стоматолошки насадни инструменти“

За јавну набавку добара Д 14, „Стоматолошки насадни инструменти“, на адресу наручиоца приспела су следећа питања:

Питање:

Позиција 2. Микромотор за колењак

- да ли се ради о микромотору са унутрашњим или спољашњим хладјењем?
- да ли се ради о микромотору са или без четкица?
- да ли је потребно нудити и црево за микромотор

Позиција 3. Насадник за ординацију

- да ли насадник треба да има водено хладјење?

Позиција 4. Турбина са адаптером

- да ли мислите са куплунгом (адаптером?) и који Midwest или Borden?

Одговор:

Позиција 2. Микромотор за колењак

- микромотор са спољашњим хлађењем
- микромотор са четкицама
- није потребно

Позиција 3. Насадник за ординацију

- насадник не треба да има водено хлађење

Позиција 4. Турбина са адаптером

- да, мисли се са на турбину са куплунгом, пожељна је Siemens, може Midwest или други одговарајући.

У складу са оговорима биће извршена измена конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку