

ДОМ ЗДРАВЉА "Др Милутин Ивковић"
Палмилула - БЕОГРАД
Кнез Данилова 16

Примљен: 17-01-2017

Број: 385

**Dom zdravlja
„Dr Milutin Ivković“
Knez Danilova 16, Beograd
Služba za javne nabavke**

Odgovor na pitanje ponuđača

Pitanje 1: U okviru stavke 8, tražene su epruvete za biohemiju sa trombinom i separatnim gelom. Da li je za stavku 8 partie 1 moguće ili ne ponuditi litijum heparin sa separatnim gelom kao ekvivalent?

Odgovor: Za stavku 8, Vakum epruvete sa trombinom i separatnim gelom može se ponuditi ekvivalent, odnosno, mogu se ponuditi serum epruvete za hitno određivanje biohemičkih parametara.

Epruvete sa litijum heparinom i separatnim gelom **se ne mogu ponuditi** jer su to epruvete iz kojih se dobija plazma, a ne serum. Dom zdravlja ima potrebu za serumskim epruvetama jer ima referentne vrednosti biohemičkih parametara definisane za određivanje parametara u serumu, a ne u plazmi, jer se vrednosti pojedinih parametara razlikuju u plazmi i serumu.

Načelnik SLD
Mr ph Dragana Vučić
spec.med.biohemije

